



脊椎インプラントの静的・動的曲げ試験及びねじり試験

後頭頸部および後頭頸部-胸部インプラント構成品の機械的特性を評価いたします。



試験の概要

- 後頭頸部および後頭頸部-胸部インプラントの静的・動的曲げ特性及びねじり特性を評価いたします。

試験規格	ASTM F2706 “Standard Test Methods for Occipital-Cervical and Occipital-Cervical-Thoracic Spinal Implant Constructs in a Vertebrectomy Model” 「後頭頸部および後頭頸部-胸部インプラントにおける静的試験および疲労試験」
試験環境	室温、大気中
試験	静的・動的 圧縮曲げ試験、引張曲げ試験およびねじり試験

上記以外の条件はご相談ください。

試験の概略図



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2023 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。